



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W ŁAPACH
18-100 ŁAPY, UL. KORCZAKA 23**



sekretariat: 85 814 -24-38
faks: 85 814- 20-82
e-mail: przetargi@szpitallapy.pl

Łapy, 18.04.2016 r.

Uczestnicy postępowania

**PYTANIA
do Przetargu Nieograniczonego**

Dotyczy przetargu nieograniczonego - ZP/1/2016/ PN, na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku do SP ZOZ w Łapach

Zamawiający udziela odpowiedzi jak niżej:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający w pozycji 1 pakietu 5 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 25 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź :

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający w pozycji 2 pakietu 5 dopuści zaoferowanie kleszczy biopsyjnych z igłą lub bez igły, z pojedynczym systemem cięgieł umożliwiającym otwieranie się szczypiec zawsze bez względu na sposób zagięcia; z pojedynczymi otworami w szczękach, z ząbkami na obwodzie szczęk, z funkcją biopsji stycznych; pokryte powłoką redukującą tarcie i ułatwiającą przejście przez kanał roboczy endoskopu nawet przy jego znacznym zagięciu; średnica szczęk: 2,4 mm, długość 230cm (pancerz szczypiec zróżnicowany kolorystycznie w zależności od długości, współpracujące z kanałem roboczym 2,8 mm.

Odpowiedź :

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający w pozycji 3 pakietu 5 dopuści zaoferowanie klipsów z szerokością rozwarcia ramion klipsa 12 mm, długość 165 cm i 230 cm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź :

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający w Pakiecie 4 dopuści podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku?

Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma bowiem możliwości zakupu jednej sztuki końcówki, czy szkiełka). (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06)

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 5:**Dotyczy: Paragraf 5 ust. 1c.**

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący:

w wysokości 0,5 % wartości towarów dostarczonych ze zwłoką, za każdy dzień zwłoki w terminowej realizacji umowy, w tym w szczególności w zakresie dostawy towaru określonym w § 3 ust.1.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie nr 6:**Dotyczy: Pakiet nr 1, Poz. nr 63**

Zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie nastąpiła omyłka i Zamawiający wymaga 20 szt. podkładów?

Prośbę swą kierujemy, ponieważ podkłady występują jako rolki i na rolce znajduje się 25 szt. lub 100 szt.

Zamawiający wymaga 20 szt. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie podania ceny za rolkę 25 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rolkę 25 sztuk i prosi o podanie ceny adekwatnej do oferowanej rolki.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający w Pakiecie 6 poz.1 dopuści Rękojeść do staplera laparoskopowego jednorazowego użytku, długość 16 lub 26 cm, trzon obrotowy 360°, możliwość zginania ładunku do 45°, średnica trzonu 12 mm, rękojeść kompatybilna z ładunkami o dł.30 mm, 45 mm i 60 mm (op. 3 szt.)?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający w Pakiecie 6 poz.2 dopuści Ładunek z nożem do staplera laparoskopowego jednorazowego użytku długości 60 mm z możliwością zginania do 45°, wysokość zszywek 3,8 mm przed zamknięciem (1,5 mm po zamknięciu) do tkanki średniej (op. 6 szt.)?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiający w Pakiecie 6 poz. 3 dopuści Ładunek z nożem do staplera laparoskopowego jednorazowego użytku długości 60 mm z możliwością zginania do 45°, wysokość zszywek 3,0 mm, 3,5 mm, 4,0 mm do tkanki średniej i grubej (op. 6 szt.)

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 10:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w Pakiecie 7 poz.1 narzędzia do zespalania naczyń, średnica trzonu 5mm, długość trzonu 37cm, szczęki proste w kształcie „nosa delfina” (opakowanie 6 szt.). Na czas trwania umowy Wykonawca udostępni Zamawiającemu generator elektrochirurgiczny umożliwiający korzystanie z w/w narzędzia. W przypadku wyrażenia zgody prosimy o podanie ilości opakowań.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 11:**Dotyczy: SIWZ**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych netto za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku w pozycjach gdzie jednostka miary jest sztuka?

Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka)”.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 12:**Dotyczy : SIWZ IV 10.6., b ,**

Czy zamawiający zezwoli na dostarczenie dokumentów CE wraz z pierwszą dostawą?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 13:**Dotyczy : § 1 ust. 2**

Z uwagi specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane na podstawie ilości podanych przez Zamawiającego w przetargu, czy Zamawiający nie rozważy możliwości zmiany zapisu na: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji Umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 14:**Dotyczy : § 2 ust. 2**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 15:

Dotyczy : § 3 ust. 6

Wady artykułów mogą powstać w różny sposób i w różnych okolicznościach, np. również przez niewłaściwe obejście się z dostarczonym artykułem przez pracownika Zamawiającego. Z tego powodu, uważamy za zasadne wziąć pod uwagę, że nie każda reklamacja jest uznawana jako zasadna. Dlatego też proponujemy o zmianę ustępu 2 nowym o treści:

„Wykonawca ma załatwić (tj. rozpatrzyć i dosłać towar, w przypadku zasadności reklamacji) reklamację:

- ilościową – w 5 dni roboczych od chwili jej otrzymania,
- jakościową - w 7 dni roboczych od chwili otrzymania próbek reklamowanego towaru.”

Termin proponowany dla reklamacji jakościowych wynika z tego, że Wykonawca, aby rozpatrzyć reklamację jakościową musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga też spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne.

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę ustępu 2 niniejszego paragrafu?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 16:

Dotyczy : § 5 ust. 1c) oraz 1.d)

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości „0,1 % wartości niezrealizowanej części dostawy/dostawy towarów wadliwych za każdy dzień opóźnienia (...)”, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar.

Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej w wysokości 0,25 % wartości niezrealizowanej części dostawy/ dostawy towarów wadliwych jest wysoce niesprawiedliwe i na gruncie prawa cywilnego obecna wysokość odsetek, którą Zamawiający narzuca, może zostać uznana za świadczenie nienależne, dające w skali roku odpowiednio, 91,25 % wartości zamówionej dostawy. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w

znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie, gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 17:

Dotyczy : §5 ust 1 a) i b)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 3% wartości niezrealizowanej części umowy, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Wprawdzie nie istnieją przepisy ściśle regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności, a nadto czynić zadość zasadom współżycia społecznego. Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego. Nadto liczenie kary umownej od wartości całej umowy jest wysoce niesprawiedliwe i narusza w/w zasady z uwagi na fakt, iż wartość ta jest wartością czysto teoretyczną i bardzo często różni się od faktycznej wartości wykonanej umowy. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 18:

Dotyczy : pakietu 4 pozycja 1

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania probówek z polem do opisu w formie nadruku (z możliwością lepszej obserwacji zawartości w probówce), a nie nalepki naklejonej na probówkę, która zasłania część próbki, a tym samym ogranicza pole widzenia zawartości?

W procesie wielu badań krwi: hematologicznych, biochemicznych i innych, istotna jest możliwość obserwowania całej próbki krwi znajdującej się w probówce, w celu oceny jakości tej próbki. Próbka krwi w probówce musi być jak najlepiej widoczna, bo tylko wtedy istnieje możliwość wykrycia niekorzystnych procesów w niej zachodzących np.: hemolizy czy powstania mikroskrzepów, które negatywnie mogą wpływać na wyniki badania lub wręcz uszkodzić przez zatkanie mikroskrzepami tor pomiarowy analizatora. Dlatego też biorąc pod uwagę wysokie koszty badań, reagentów oraz straty spowodowane przestojem analizatorów z powodu ich awarii, celowe jest posiadanie takich probówek, które pozwolą ocenić wizualnie czy próbka jest prawidłowa przed skierowaniem jej do badania. Możliwości tak pełnej oceny jakości próbki nie dają probówki z nalepkami, które nie tylko zasłaniają większą część próbki, ale również ograniczają możliwość swobodnej obserwacji jej zawartości. Możliwość lepszej obserwacji zawartości próbki umożliwiają natomiast probówki z nadrukiem.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 19:

Dotyczy : pakietu 4 pozycja 1

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania probówek z korkiem zwykłym czy przekłuwalnym ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga probówek z korkiem zwykłym.

Pytanie nr 20:

Dotyczy pakietu 4 pozycja 2,3

Czy Zamawiający oczekuje końcówek typu Gilson czy typu Eppendorf?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 21:

Dotyczy : pakietu 4 pozycja 4

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie końcówek typu Medlab o pojemności do 5000 ul, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 22:

Prosimy o wyjaśnienie co oznacza zapis „P” czy chodzi o tworzywo z jakich ma być wykonana probówka np. PP lub PS, jeśli nie to czy Zamawiający dopuści probówki z PP lub z PS?

Odpowiedź:

P – probówki plastikowe, przejrzyste, do badań serologicznych.

Pytanie nr 23:

Czy Zamawiający dopuści podanie cen za opakowanie uwzględniając stosowne przeliczenie zamawianych ilości ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24:

Dotyczy : Pakiet 2, Poz. 1

Czy kaniula powinna posiadać mechanizm zabezpieczający przed zakłuciem w postaci cofającej się igły?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ .

Pytanie nr 25:

Dotyczy : Pakiet 2, Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy miał na myśli worki do zbiórki moczu – 7 dniowe o pojemności 2l. Skalowany od 25 ml co 25 ml i od 100 ml do 2000 ml co 100 ml. Z drenem z miękkiego, nieulegającego zagięciom i odkształceniom materiału o dł. min. 110 cm, średnicy wew. 7mm i zew. 9mm z igłowym portem podobierania próbek. Worek posiadający kranik z zaworem typu t z wolnym wypływem. Możliwość podwieszania kranika. Posiadające białą, tylną ściankę, z możliwością użycia wieszaków o 2 różnych rozstawach oraz podwójny zgrzew?

Odpowiedź :

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ .

Pytanie nr 26:

Dotyczy : Pakiet 2, Poz. 5

Czy gąbeczka powinna być pokryta dwuwęglanem sodu w celu skuteczniejszego czyszczenia jamy ustnej?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza. Gąbeczka powinna być pokryta dwuwęglanem sodu.

Pytanie nr 27:

Dotyczy : Pakiet 2, Poz. 8

Czy przedłużacz powinien być zakończony łącznikiem z zastawką w postaci łatwej do skutecznej dezynfekcji jednoelementowej, silikonowej podzielnej membrany (która winna też obejmować w całości górną końcówkę łącznika), zewnętrznie osadzonej na plastikowym przeźroczystym konektorze (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki luer przy połączeniu z systemem dostępu naczyniowego), wewnątrz pozbawione części mechanicznych, prosty tor przepływu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 28:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie L.p 44. i utworzenie z niej oddzielnego Pakietu? Pozwoliłoby to na złożenie ofert przez większą ilość oferentów, co tym samym przyczyniłoby się do zwiększenia konkurencyjności ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 29:

Czy Zamawiający dopuści w L.p 44 Elektrody do EKG Holter/ monitoring śr. 55 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 30:

Pakiet 1, poz. 1-2

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 31:

Pakiet 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do wielokrotnego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych z filtrem bakteryjnym 1,2 μ posiadający standardowy ostry kolec, posiadający zatyczkę zamykającą łącznik do pobierania leku zapewniającą ochronę przed zanieczyszczeniami.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 32:**Pakiet 1, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści aparat do przetaczania płynów infuzyjnych, leków, żywienia pozajelitowego, z precyzyjnym regulatorem prędkości przepływu w kształcie koła ze skalą od 0-300 ml/min, obsługiwany jedną ręką, komora kroplowa z kolcem, zacisk rolkowy do krótkich przerw w infuzji, dł drenu 180 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 33**Pakiet 1, poz. 9-34**

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 34**Pakiet 1, poz. 9-14**

Zwracam się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby opakowanie jednostkowe było oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki. Zatem proszę Zamawiającego o dopuszczenie igły, których opakowanie zbiorcze typu kartonik 100 szt. jest oznaczone kodem kolorystycznym, w kolorze konektora nasadki. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 35**Pakiet 1, poz. 16-18**

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z FEP. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 36**Pakiet 1, poz. 16-18**

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z poliuretanu. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 37**Pakiet 1, poz. 16**

Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze 22 G (0,8 x 25 mm) przepływ 33 ml/min. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 38**Pakiet 1, poz. 17**

Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze 20 G (1,00 x 32 mm) przepływ 57 ml/min. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 39**Pakiet 1, poz.18**

Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze 18 G (1,2 x 45 mm) przepływ 90 ml/min. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 40**Pakiet 1, poz. 19**

Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarach 22 -14 G. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 41**Pakiet 1, poz. 19**

Czy Zamawiający dopuści kaniule z automatycznym plastikowym zatrzaskiem chroniącym ostry koniec igły bezpośrednio po jej usunięciu z naczynia. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 42**Pakiet 1, poz.22**

Czy Zamawiający dopuść i kranik trójdrożny z pokrętelem posiadający optyczny indykator pozycji otwarty-zamknięty, sterylne, pakowany pojedynczo.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 43**Pakiet 1, poz. 25-26**

Czy Zamawiający wymaga, aby przyrządy posiadały podaną długość drenu na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 44**Pakiet 1, poz. 26**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wykonana z PP o długości 6,2 cm (wolna od PCV), całościowo od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwukanałowo, zacisk

rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, filtr płynu o średnicy oczek 15 um, opakowanie kolorystyczne folia – papier, sterylny.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 45

Pakiet 1, poz. 26

Czy Zamawiający dopuści przyrząd w opakowaniu folia – folia. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 46

Pakiet 1, poz. 29

Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowanie a 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem w formularzu asortymentowo – cenowym.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 47

Pakiet 1, poz. 32

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 50/60 ml Luer Lock do pomp infuzyjnych z czarną skalą.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 48

Pakiet 1, poz. 34

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę jednorazowego użytku Janeta 100 ml z pojedynczą skalą pomiarową.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 49

Pakiet 1, poz. 80

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 50

Pakiet 2, poz. 1

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 51**Pakiet 2, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonaną z FEP. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 52**Pakiet 2, poz.1**

Czy Zamawiający dopuści kaniule wyposażoną w zastawkę antyzwrotną pełniącą taką samą rolę jak filtr hydrofobowy. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 53**Pakiet 2, poz.1**

Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze 20 G 0,8 x 25, przepływ 33 ml/min. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 54**Pakiet 4, poz. 7-8**

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu ? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 55**Dotyczy : Pakietu nr 5 – poz. 1**

Czy Zamawiający w w/w pozycjach pozwoli zaoferować jednorazowe pętles do polipektomii; pętles wykonane z drutu plecionego giętkiego oraz drutu pojedynczego (monofilamentu – możliwość „cięcia na zimno”), średnice pętles do wyboru przez Zamawiającego: 10mm, 15mm, 25mm, 35mm; wszystkie pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 56**Dotyczy : Pakietu nr 5 – poz. 2**

Czy Zamawiający w w/w pozycjach pozwoli zaoferować jednorazowe kleszcze biopsyjne z igłą lub bez igły, z podwójnym systemem ciągłych umożliwiających otwieranie szczypiec zawsze bez względu na sposób zagięcia, z otworami w szczękach, łyżeczki standardowe oraz ząbkowane, powlekane na całej długości z znacznikami odległości, średnice szczęk 2,3 mm oraz 3,0 mm, długość 230cm, współpracujące z kanałem roboczym 2,8mm (kleszczyki o śr. 3,0mm współpracujące z kanałem roboczym 3,2mm); wszystkie pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 57**Dotyczy : Pakietu nr 5 – poz. 3**

Czy Zamawiający w w/w pozycjach pozwoli zaoferować klipsy hemostatyczne jednorazowego użytku z dwuramiennym klipsem załadowanym do zestawu, szerokość rozwarcia klipsa 12 mm, dostępne w długości 230 cm (do stosowania w gastroscopii i kolonoskopii); wszystkie pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 58**Dotyczy : zapisów umowy § 1 ust. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące doprecyzowanie istniejącego zapisu: „Zamawiający zastrzega, że ilości określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, stanowią przybliżoną ilość asortymentu przewidzianego do zakupienia w okresie trwania umowy. W rzeczywistości ilości te mogą być mniejsze. Z tytułu zmniejszenia zakresu ilościowego w okresie trwania umowy nie będą przysługiwać Wykonawcy żadne roszczenia wobec Zamawiającego. O ile zmniejszenie nie przekroczy 20% wartości umowy.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 59**Dotyczy : zapisów umowy § 3 ust. 2**

Czy Zamawiający może potwierdzić, że zgodnie z art. 14 ust. 2 Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych w brzmieniu:

„Dopuszcza się, aby wyroby przeznaczone do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane profesjonalnym użytkownikom miały oznakowania lub instrukcje używania w języku angielskim, z wyjątkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta, które podaje się w języku polskim lub wyraża za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów”

dopuszcza możliwość zaoferowania wyrobów medycznych oznakowanych w języku angielskim? Informujemy, że każde opakowanie oferowanych wyrobów jest oznakowane jednoznacznie w sposób pozwalający na stosowanie wyrobu w zakładach opieki zdrowotnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 60**Dotyczy : projektu umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy poniższej treści:

„Wykonawcy przysługuje prawo do wstrzymania dostawy w przypadku zwłoki w płatnościach (za zrealizowane zamówienia) powyżej 30 dni od momentu wymagalności faktury.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 61

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego.

Odpowiedź:

Nie , nie została wszczęta likwidacja. Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach

Urszula Łapińska